

JZU BOLNICA „SVETI VRAČEVI“

BIJELJINA

Broj: 2651/21

Dana: 13.05.2021. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 16. Pravilnika o javnim nabavkama JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, a povodom Otvorenog postupka javne nabavke broj 1388/21 za nabavku robe – potrošni materijal za potrebe radiologije – CT injektor (broj obavještenja sa portala javnih nabavki 106-1-1-168-3-30/21), zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj 1826-2/21 od 12.05.2021. godine, donosim

ODLUKU **o izboru najpovoljnijeg ponuđača**

I

U postupku ocjene ponuda koje zadovoljavaju uslove navedene u postupku javne nabavke broj 1388/21 – POTROŠNI MATERIJAL ZA POTREBE RADIOLOGIJE – CT INJEKTOR, primjenjujući kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude, izabrana je sledeća ponuda:

1. Ponuda **“Medicom” d.o.o. Bijeljina.**

O b r a z l o ž e n j e

U postupku javne nabavke broj 1388/21 (broj obavještenja na portalu javnih nabavki: 106-1-1-168-3-30/21) za nabavku robe – potrošni materijal za potrebe radiologije – CT injektor, po Otvorenom postupku javne nabavke, na protokol JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina blagovremeno su pristigle 2 (dvije) ponude:

1. Ponuda broj 1782/21 ponuđača “Stepmed” d.o.o. Banja Luka
2. Ponuda broj 1817/21 ponuđača “Medicom” d.o.o. Bijeljina.

Komisija za nabavku imenovana Rješenjem broj 1388/21 od 15.03.2021. godine izvršila je javno otvaranje pristiglih ponuda, pregled, analizu i ocjenu ponuda, te konstatovala da je ponuda ponuđača „Medicom“ d.o.o. Bijeljina prihvatljiva jer ispunjava sve uslove koji se traže tenderskom dokumentacijom, a ponuda ponuđača „Stepmed“ d.o.o. Banja Luka je neprihvatljiva jer ne ispunjava zahtjeve tražene Tenderskom dokumentacijom.

Ponuda ponuđača **„Stepmed“ d.o.o. Banja Luka** se odbacuje kao neprihvatljiva u postupku javne nabavke broj 1388/21, a u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona


o javnim nabavkama BiH, jer dostavljena ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije. Ponuda ne ispunjava ni zahtjeve iz tehničke specifikacije. Naime, u okviru **stavke 1** tehničke specifikacije tražena je šprica 190 ml sa cjevčicom za brzo punjenje, kompatibilna sa injektorom „Medrad Salient Dual“, a ponuđač je ponudio špricu kompatibilnu sa injektorom „Imaxeon Salient Single Head Injector“. U okviru **stavke 2** tehničke specifikacije tražen je transferni set sa dvije sigurnosne valvule namijenjen transferu kontrastnog sredstva u špric, dužine 45“ (114,3 cm), a ponuđač je ponudio navedeni set dužine 110 cm. Ponuđač uz potpisan i ovjeren Nacrt okvirnog sporazuma nije dostavio kopije Aneksa I kako je zahtjevano Tenderskom dokumentacijom odnosno navedeno u Nacrtu okvirnog sporazuma, te je time propustio da pripremi ponudu u skladu sa formalnim zahtjevima.

Na osnovu kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude vrši se izbor najpovoljnije ponude i to:

Ponuda „Medicom“ d.o.o. Bijeljina kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: broj bodova 100, ukupan iznos bez PDV-a 58.775,00 KM, uslovi plaćanja 60 dana.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se može izjaviti u roku od 10 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se izjavljuje na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

DIREKTOR

Prof. dr Zlatko Maksimović

