

JZU BOLNICA „SVETI VRAČEVI“

BIJELJINA

Broj: 929/23

Dana: 24-02 2023. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) i člana 16. Pravilnika o javnim nabavkama JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, a povodom Otvorenog postupka broj 8146/22 za nabavku robe – potrošni materijal za potrebe radiologije CT - injektor broj obavještenja: 106-1-1-754-3-192/22; nakon sprovedenog postupka javne nabavke i prijedloga Komisije za nabavku broj 237-2/23 od 17.02.2023. godine, donosim

ODLUKU **o izboru najpovoljnijeg ponuđača**

U postupku ocjene ponuda koje zadovoljavaju uslove navedene u postupku javne nabavke broj 8146/22 – potrošni materijal za potrebe radiologije CT - injektor, primjenjujući kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude, izabrane su:

- Ponuda „Medicom“ d.o.o. Bijeljina za lot 1
- Ponuda „Mark medical“ d.o.o. Sarajevo za lot 2

Obrazloženje

U postupku javne nabavke broj 8146/22 za nabavku robe – cirkularni i linearni stapleri broj obavještenja: 106-1-1-754-3-192/22, po Otvorenom postupku, na protokol JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina blagovremeno je pristigle 3 (tri) ponude:

1. „Stepmed“ d.o.o. Banja Luka za lotove 1, 2
2. „Medicom“ d.o.o. Bijeljina za lot 1
3. „Mark Medical“ d.o.o. Sarajevo za lot 2

Komisija za nabavku imenovana Rješenjem broj 8146/22 od 26.12.2022. godine izvršila je javno otvaranje pristiglih ponuda, pregled, analizu i ocjenu ponuda, te konstatovala da su ponude: „Medicom“ d.o.o. Bijeljina za lot 1 i „Mark Medical“ d.o.o. Sarajevo za lot 2 *prihvatljive* jer ispunjavaju sve kriterijume zadate tenderskom dokumentacijom, dok ponuda „Stepmed“ d.o.o. Banja Luka za lot 1 i lot 2 *nepravilna*. Uvidom u dostavljenu ponudu komisija je konstatovala da ponuda ponuđača za Lot 1 ne ispunjava zahtjeve iz tehničke specifikacije. Naime, u okviru **stavke 1** tehničke specifikacije tražena je šprica 190 ml sa cjevčicom za brzo punjenje, kompatibilna sa injektorom „Medrad Salient Dual“, a ponuđač je ponudio špricu kompatibilnu sa injektorom „Imaxeon Salient Single

Head Injector“. U okviru **stavke 2** tehničke specifikacije tražen je transferni set sa dvije sigurnosne valvule namijenjen transferu kontrastnog sredstva u špric, dužine 45“ (114,3 cm), a ponuđač je ponudio navedeni set dužine 115 cm.

Komisija je takođe daljim uvidom za Lot 2 konstatovala da je Ugovorni organ za **stavku 4** tražio : Crijevo dužine 320 cm sa dva nepovratna ventila I luer lock priključcima, komapatabilno sa CT injektorom urlich CT Motion koje je ponuđač ponudio u katalogu označenim pod kataloškim brojem P/N: 680301 medjutim daljim uvidom u Potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH br. 06-07.4-1-9072-2/22 od 02.12.2022.godine pod tim kataloškim brojem je registrovano crijevo dužine 250 cm sto neodgovara traženoj tehničkoj specifikaciji u Tenderskoj dokumentaciji niti odgovora dužini u dostavljenom katalogu od strane ponuđača .


Na osnovu izvedenog bodovanja kvalifikovanih ponuda koristeći kriterijume navedene u Tenderskoj dokumentaciji, a u skladu sa rang listom, vrši se izbor ekonomski najpovoljnije ponude:

LOT 1 - da se kao ekonomski najpovoljnija ponuda izabere ponuda „Medicom“ d.o.o. Bijeljina, kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: 100, ukupna vrijednost 66.382,00 KM bez PDV- a, odloženo plaćanje 60 dana;

LOT 2 - da se kao ekonomski najpovoljnija ponuda izabere ponuda „Mark Medical“ d.o.o. Sarajevo, kao ponuda sa najvećim brojem bodova i to: 100, ukupna vrijednost 64.800,00 KM bez PDV- a, odloženo plaćanje 60 dana

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke pravo žalbe ime svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se može izjaviti u roku od 10 dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Žalba se izjavljuje na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.



DIREKTOR

Prof. dr Zlatko Maksimović