

JZU BOLNICA „SVETI VRAČEVI“

BIJELJINA

Broj: 0185 /25

Dana: 11.03. 2025. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a) i člana 70. stav (1), (2), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24), člana 36. Pravilnika o javnim nabavkama JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14 i 49/23), a na preporuku Komisije za javne nabavke broj: 523-3/25 od 10.03.2025. godine, imenovane rješenjem broj: 290/25 od 23.01.2025. godine., u postupku javne nabavke za nabavku robe – „Potrošni materijal za radiologiju“, otvoreni postupak, broj nabavke: 6921/24, objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem: 106-1-1-551-3-286/24 od 30.12.2024. godine, v.d. direktora JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, donosi:

**ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA**  
**u postupku javne nabavke za nabavku robe –**  
**„POTROŠNI MATERIJAL ZA RADIOLOGIJU“**  
**putem otvorenog postupka, broj: 6921/24**

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 523-3/25 od 10.03.2025. godine, u postupku javne nabavke za nabavku robe „Potrošni materijal za radiologiju“, otvoreni postupak, broj nabavke: 6921/24, objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem: 106-1-1-551-3-286/24 od 30.12.2024. godine, a kojom se okvirni sporazum dodjeljuje:

- Ponuđaču „**STEPMED**“ d.o.o. **Banja Luka**, na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **54.400,00** bez PDV-a, te rokom isporuke robe od **1 dan**.

## Član 2.

Izabrani ponuđači su dužni da dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 3.1. tenderske dokumentacije, a u skladu sa članom 45. stav 2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24), dostave u roku od 5 dana od dana zaprimanja obavještenja o rezultatima postupka javne nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 15,00 časova), te za ugovorni organ nije relevantno na koji način su poslani. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude i moraju se predati u originalu ili ovjerenom kopiji.

Ukoliko ponuđač propusti da dostavi navedena dokumenta, smatraće se da je odustao od ugovora za navedeni predmet nabavke, te će Ugovorni organ postupiti u skladu sa članom 72. stav 3) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24).

Ponuđači koji su navedenu dokumentaciju dostavili uz ponudu, nemaju obavezu istu da dostavljaju ponovo.

## Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i shodno članu 70. stav (6) i članu 71. Zakona o javnim nabavkama BiH, biće prosljeđena ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke uz istovremeno objavljivanje na veb stranici Ugovornog organa: [www.bolnicabijeljina.com](http://www.bolnicabijeljina.com).

## Član 4.

Prijedlog Okvirnog sporazuma dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u skladu sa članom 98. Zakona o javnim nabavkama BiH, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

## O b r a z l o ž e n j e

U postupku javne nabavke broj 6921/24 (broj obavještenja na portalu javnih nabavki: 106-1-1-551-3-286/24) za nabavku robe – potrošni materijal za radiologiju, po

Otvorenom postupku, na protokol JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina blagovremeno su zaprimljene 2 (dvije) ponude:

1. Ponuda „Medicom“ d.o.o. Bijeljina, broj 399/25
2. Ponuda „Stepmed“ d.o.o. Banja Luka, broj 499/25

Komisija za nabavku imenovana Rješenjem broj 290/25 od 23.01.2025. godine izvršila je javno otvaranje pristiglih ponuda, pregled, analizu i ocjenu ponuda, te konstatovala da je ponuda: **„Stepmed“ d.o.o. Banja Luka prihvatljiva** jer ispunjava sve uslove iz tenderske dokumentacije, dok ponuda **„Medicom“ d.o.o. Bijeljina nije prihvatljiva**.

Ponuda broj 399/25 **„Medicom“ d.o.o. Bijeljina je neprihvatljiva** za Ugovorni organ iz sljedećih razloga:

Tehičkom specifikacijom tenderskog dokumenta pod **rednim brojem 4** je tražen – „Sistem cijevi, dužine 200 mm, sa In-line valvulom testiran na pritisak min 300 PSI namijenjen za injektor Saight Dual DC009DW”.

Za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti tenderskom dokumentacijom je tražena: „Izjava proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača ponuđenog potrošnog materijala da je isti kompatibilan sa CT injektorom Saight Dual. Ako izjavu dostavlja ovlašteni zastupnik, potrebno je priložiti dokaz o zastupništvu (original ili ovjerena kopija).”

Ponuđač „Medicom“ d.o.o. Bijeljina je pod **rednim brojem 4** ponudio proizvod **proizvođača „Sidam“ s.r.l. Italija**. Za isti je dostavio:

- Tehnički list **proizvođača “Sidam” s.r.l. Italija product code: 81054444;**
- Potvrdu Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine broj: 06-07.4-1-8024-3/22 od 16.05.2023. godine na kome je navedeno da je **proizvođač** proizvoda pod rednim brojem 4: **“Sidam” s.r.l. Italija, kataloški broj: 81054444.**
- Izjavu o kompatibilnosti ponuđenih materijala sa CT Injektorom Medrad Saight Dual koju je izdao “Berg” d.o.o. Sarajevo na kojoj je između ostalih i proizvod pod **rednim brojem 4. “Patient extension line with one way sprung valve” sa kataloškim brojem: 81054444**, te autorizaciju kojom “Bayer” d.o.o. Ljubljana odobrava kompaniji “Berg” d.o.o. Sarajevo distribucijska prava.



Kako je tenderskim dokumentom za dokazivanje tehničke i profesionalne sposobnosti tražena izjava **proizvođača ili ovlaštenog zastupnika proizvođača** ponuđenog potrošnog materijala da je isti kompatibilan sa CT Injektorom Medrad Salient Dual, a jasno je navedeno da je proizvođač potrošnog materijala pod rednim brojem 4 **“Sidam” s.r.l. Italija**, ne može biti prihvaćena izjava o kompatibilnosti koju je izdao “Berg” d.o.o. Sarajevo sa autorizacijom od strane “Bayer” d.o.o. Ljubljana, jer “Bayer” d.o.o. Ljubljana nije proizvođač ponuđenog proizvoda pod rednim brojem 4., niti je dostavljen dokaz da je “Bayer” d.o.o. Ljubljana ovlaštenu zastupnik proizvođača “Sidam” s.r.l. Italija.

U ponudi “Medicom” d.o.o. Bijelina dostavljen je i **Aneks 2/2025-1 za DA\_BA\_001\_2022 od 01.01.2022.** zaključen između “Bayer” d.o.o. Ljubljana i “Berg” d.o.o. Sarajevo, a kojim se regulišu uslovi konsignacione prodaje proizvoda navedenih u Tabeli 1.

U Tabeli 1 naveden je, između ostalih, proizvod **SIDAM, 8 INCH, EXTENSION, W/VALVE sa kataloškim brojem: 3011863**, što nije kataloški broj ponuđenog proizvoda pod rednim brojem 4. - **81054444**.

Zbog svega naprijed navedenog ponuda ponuđača “Medicom” d.o.o. Bijeljina se odbacuje kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama BiH.

Na osnovu izvršenog bodovanja prihvatljivih ponuda, a u skladu sa kriterijumom ekonomski najpovoljnije ponude, sačinjena je rang listu kvalifikovanih ponuda:

<b>RANGIRANJE</b>
<b>I</b> <i>ponuđač</i> <i>(ukupno bodova /ukupan iznos bez pdv-a /rok isporuke)</i>
„STEPMED“ d.o.o. Banja Luka/ 100/54.400,00/1 dan

Slijedom navedenog, predloženo je da se okvirni sporazum dodijeli ponuđaču:

- **„STEPMED“ d.o.o. Banja Luka**, na period do 1 (jedne) godine, finansijske vrijednosti do **54.400,00** bez PDV-a, te rokom isporuke robe od **1 dan**.

U skladu sa navednim odlučeno je kao u dispozitivu.

### **Pouka o pravnom lijeku**

Protiv ove Odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se može izjaviti u roku od 10 dana od dana prijema odluke. Žalba se izjavljuje na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

  
V.D. DIREKTOR  
Prim. dr Mikajlo Lazić

Dostavljeno:

- Ponuđačima
- Odsjeku za javne nabavke
- a/a