

Jelen

JZU BOLNICA „SVETI VRAČEVI“

BIJELJINA

Broj: 7154/25

Dana: 11. 11. 2025. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka a) i člana 70. stav (1), (2), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24), člana 36. Pravilnika o javnim nabavkama JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14 i 49/23), a na preporuku Komisije za javne nabavke, broj: 6910-3/25 od 10.11.2025. godine, imenovane rješenjem broj: 6645/25 od 16.10.2025. godine, u postupku javne nabavke za nabavku robe – „CT APARAT“ – otvoreni postupak, broj: 5152/25, objavljenom na Portalu javnih nabavki pod brojem: 106-1-1-254-3-198/25, v.d. direktora JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina, donosi:

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA
u postupku javne nabavke za nabavku robe –
„CT APARAT“
putem otvorenog postupka, broj: 5152/25

Član 1.

Prihvata se preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 6910-3/25 od 10.11.2025. godine, u postupku javne nabavke za nabavku robe „CT APARAT“, putem otvorenog postupka, broj: 5152/25, a kojom se ugovor dodjeljuje ponuđaču:

- **“MEDICOM“ D.O.O. BIJELJINA, kao jedinoj prihvatljivoj ponudi čija ukupna vrijednost ponude iznosi 1.397.200,00 KM bez PDV, sa rokom isporuke od 120 dana i garantnim rokom od 12 mjeseci.**

Član 2.

Izabrani ponuđač je dužan da dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 3.1. tenderske dokumentacije, a u skladu sa članom 45. stav 2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24), dostave u roku od 5 dana od dana

zaprimanja obavještenja o rezultatima postupka javne nabavke. Dokazi moraju biti fizički dostavljeni na protokol ugovornog organa najkasnije peti dan po prijemu odluke o izboru, u radnom vremenu ugovornog organa (do 15,00 časova), te za ugovorni organ nije relevantno na koji način su poslati. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući od momenta predaje ponude i moraju se predati u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Ukoliko ponuđač propusti da dostavi navedena dokumenta, smatraće se da je odustao od ugovora za navedeni predmet nabavke, te će Ugovorni organ postupiti u skladu sa članom 72. stav 3) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24).

Ponuđači koji su navedenu dokumentaciju dostavili uz ponudu, nemaju obavezu istu da dostavljaju ponovo.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i shodno članu 70. stav (6) i članu 71. Zakona o javnim nabavkama BiH, biće proslijeđena ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke uz istovremeno objavljivanje na veb stranici Ugovornog organa: www.bolnicabijeljina.com.

Član 4.

Prijedlog Ugovora dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču u skladu sa članom 98. Zakona o javnim nabavkama BiH, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

O b r a z l o ž e n j e

U postupku javne nabavke broj 5152/25 (broj obavještenja na portalu javnih nabavki: 106-1-1-254-8-198/25) za nabavku robe – CT APARAT, po Otvorenom postupku, na protokol JZU Bolnice „Sveti Vračevi“ Bijeljina blagovremeno su zaprimljene 2 (dvije) ponude:

1. Ponuda „Siemens medicina“ d.o.o. Sarajevo, broj 6886/25
2. Ponuda „Medicom“ d.o.o. Bijeljina, broj 6901/25

Komisija za nabavku imenovana Rješenjem broj 6645/25 od 16.10.2025. godine izvršila je javno otvaranje pristiglih ponuda, pregled, analizu i ocjenu ponuda, te konstatovala da je ponuda: „Medicom“ d.o.o. Bijeljina **prihvatljiva** jer ispunjava sve uslove iz tenderske dokumentacije, dok je ponuda „Siemens medicina“ d.o.o. Sarajevo **neprihvatljiva**.

Ponuda „SIEMENS MEDICINA“ d.o.o. Sarajevo je neprihvatljiva za Ugovorni organ iz sledećih razloga:

- Izmjenom tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke robe – CT aparat, broj 6588/25 od 14.10.2025. godine, Ugovorni organ je u dijelu koji se tiče nacрта ugovora naveo: *„Mijenja se prilog tenderske dokumentacije tako što se Obrazac „Nacrt ugovora“ u potpunosti briše i mijenja obrascem „Nacrt ugovora-novi“, a dalje stoji: „U skladu sa navedenim Ugovorni organ će Izmjenu tenderskog dokumenta objaviti u prilogu Tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki BiH, na adresi www.ejn.gov.ba, a koju su ponuđači u obavezi da koriste prilikom izrade ponuda.“* U ponudi ponuđača „Siemens medicina“ d.o.o. Sarajevo, na stranama od 59 do 72, nalazi se „Nacrt ugovora“ a ne „Nacrt ugovora-novi“ kako je zahtjevano izmjenom tenderske dokumentacije.
- Tenderskom dokumentacijom u tački 6.3 Obilazak mjesta i lokacije navedeno je da svaki zainteresovani ponuđač MORA obići prostor u koji će biti smješten predmet nabavke. Ponuđač „Siemens medicina“ d.o.o. Sarajevo nije priložio zapisnik o obilasku lokacije kako je navedeno u tački 4. PODACI O PONUDI; Ponuda mora da sadrži najmanje, pod tačkom u) kopija zapisnika o i izvršenom obilasku mjesta/lokacije.
- Tenderskom dokumentacijom tačkom 4.8 Jezik i pismo ponude navedeno je da se ponuda dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćirilichnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni I Hercegovini. Izuzetno dio propratne dokumentacije (katalozi, brošure, sertifikati I sl.) može biti i na drugom jeziku ali u tom slučaju obavezno prilaže i prevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prevod izvršen. Ponuđač „Siemens medicina“ d.o.o. Sarajevo je priložio

kataloge koje ne prati adekvatan prevod odnosno za osnovni katalog za CT uređaji koji počinje od strane ponude 125 priložen je katalog za Somatom Go.TOP konfiguracije CT VA30 dok dostavljeni prevod koji počinje od strane 161 je za konfiguraciju Somatom Go.TOP CT VA40. Takođe unutrašnji prevodi se razlikuju odnosno prevod se ne podudara sa katalogom jer je priložen različit tekst (na 129. strani ponude za dokazivnja tačke 2.3 stoji "Tablet(12"/30.5cm) for Mobile Workflow" dok prevod toga istog na 165. strani ponude stoji "Tablet za mobilni tok rada"). Takođe ponuđač Siemens medicina je priložio prevod kataloga softverskih aplikacija (stranice 215 do 224) koje nisu ovjerene od strane sudskog tumača kako je zahtjevano tačkom 4.8 tenderske dokumentacije.

Analizom dostavljenih kataloga, odnosno ispunjenosti tehničkih karakteristika, te ispitivanju da li ponuđena roba odgovara tehničkoj specifikaciji, komisija je utvrdila sledeće:

- Tačka 1.1 zahtjevano je "Minimalna realna (ne efektivna ili softverski poboljšana) snaga generatora: najmanje 80 kW

Na strani svoje ponude 132 ponuđač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo je označio **ekvivalentno** 93kW sa otvorom gentrija od 78cm. Na istoj strani dokumenta je vidljivo da je realna (ne efektivna ili softverski poboljšana) snaga generatora 75kW što znači da ne ispunjava zahtjevanu tehničku karakteristiku pod 1.1

- Tačka 1.3 Zahtjevano je "mA raspon najmanje 10-660 mA ili više"

Na strani svoje ponude 132 ponuđač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo je označio da je maksimalna struja cijevi ekvivalentna 1560/2060 mA koristeći SAFIRE. Na istoj strani dokumenta je vidljivo da je raspon struje cijevi 13-625 mA I 13-825 mA što znači da ne ispunjava zahtjevanu tehničku karakteristiku zahtjevanu pod 1.3.

- Tačkom 2 zahtjevano je "GENTRI"

Ponuđač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo u svojoj ponudi u Aneksu I – novi obrazac nije upisao broj stranice gdje se nalazi zahtjevana tehnička karakteristika niti je označio u dostavljenom katalogu.

- Tačkom 3 zahtjevano je "STO ZA PACIJENTA"

Ponuđač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo u svojoj ponudi u Aneksu I – novi obrazac nije upisao broj stranice gdje se nalazi zahtjevana tehnička karakteristika niti je označio u dostavljenom katalogu.

- Tačkom 5 zahtjevano je "RTG CIJEV"

Ponuđač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo u svojoj ponudi u Aneksu I – novi obrazac nije upisao broj stranice gdje se nalazi zahtjevana tehnička karakteristika niti je označio u dostavljenom katalogu.

- Tačkom 5.1 zahtjevano je "Nominalni, realni toplotni kapacitet anodne cijevi , najmanje 8 MHU(ne odnosi se na efektivni toplotni kapacitet anode)"

Na strani ponude 132 ponuđač Siemens medicina je označio da je toplotni kapacitet anode 17.5 MHU sa SAFIRE I propustio je da označi da je to ekvivalento. Na istoj strani ponude 132 vidljivo je da je realni toplotni kapacitet anode 7.0 MHU što znači da ne ispunjava zahtjevanu tehničku karakteristiku zahtjevanu pod 5.1.

- Tačkom 3.4 zahtjevano je "Longitudinalna brzina pomjeranja pacijent stola u minimalnom rasponu od 10-300 mm/s.

Na strani ponude 133 ponuđač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo je označio da je maksimalna brzina pomaka stol 200 mm/s što znači da ne ispunjava zahtjevanu tehničku karakteristiku.

- Tačkom 3.5 zahtjevano je "Oslonac za ruku koji može biti postavljen sa bilo koje strane pacijent stola"

Ponuđač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo je naveo da se zahtjevana tehnička karakteristika nalazi na strani 9 datasheet Somatom Go (odnosno na strani 133 svoje ponude). Uvidom u stranu 9 nigdje nije navedena niti obilježena zahtjevana tehnička karakteristika što znači da ne ispunjava zahtjevanu tehničku karakteristiku.

- Tačkom 3.6 zahtjevano je "Držač za glavu za fiksiranje glave pacijenta u liniji sa tijelom"

Ponuđač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo je naveo da se zahtjevana tehnička karakteristika nalazi na strani 9 datasheet Somatom Go (odnosno na strani 133 svoje

ponude). Uvidom u stranu 9 nigdje nije navedena niti obilježena zahtjevana tehnička karakteristika što znači da ne ispunjava zahtjevanu tehničku karakteristiku.

- Tačkom 4.5 zahtjevano je "Pokrivenost detektora u z-osi min. 4cm"

Ponudač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo je naveo da se zahtjevana tehnička karakteristika nalazi na strani 9 datasheet Somatom Go (odnosno na strani 133 svoje ponude). Uvidom u stranu 9 nigdje nije navedena niti obilježena zahtjevana tehnička karakteristika što znači da ne ispunjava zahtjevanu tehničku karakteristiku.

- Tačkom 7.3 zahtjevano je "Brzina standardne rekonstrukcije najmanje 60 slika u sekundi"

Na strani 135 svoje ponude(strana 11 datasheet Somatom Go) ponudač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo je označila da je maksimalna brzina rekonstrukcije 23fps, odnosno 40 fps što znači da ne ispunjava zahtjevanu tehničku karakteristiku.

- Tačkom 7.5 zahtjevano je "Kapacitet diska za smještanje tekućih podataka, najmanje 500.000 slika, u matrici 512x512"

Na strani 135 svoje ponude(strana 11 datasheet Somatom Go) ponudač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo je označila da je kapacitet do 600.000 slika ali nije označeno da je u matrici 512x512.

- Tačkom 7.16 zahtjevano je "Niskodozni prospektivno aktivirani EKG za aksijalno snimanje kompletnog grudnog koša"

Ponudač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo je naveo da se na strani 128,135 I 150 svoje ponude (strana 4, 11 I 26 datasheet Somatom Go) nalazi zahtjevana tehnička karakterisitka. Uvidom u iste nigdje nije označena zahjtevana tehnička karakteristika.

- Tačkom 7.11 zahtjevano je "Set alata za vaskularne analize: mjerenje intraluminalnog dijametra, mjerenje poprečnog presjeka lumena, mjerenje dužine krvnih sudova"

Ponuudač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo je navoe da se na strani 141 I 142 svoje ponude (strana 17 I 18 datasheet Somatom Go) nalazi zahtjevana tehnička karakterisitka. Uvidom u istu nigdje nije označena zahjtevana tehnička karakteristika

već neke druge karakteristike(Alati za evaluaciju, paralelna evaulacija više od 10 regija interesea, kružno, nepravilno, poligonalno, statistička evaluacija, površina/zapremina, standardna devijacija.....).Tako da ni ovu tačku tehničke specifikacije ne ispunjava.

- Tačkom 7.6 zahtjevano je "2D prikaz, VolumeRendering, MPR, MIP, MinIP,AIP, Virtuelna Endoskopija"

Ponudač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo je naveo da se na strani 142 svoje ponude(strana 18 datasheet Somatom Go) nalazi zahtjevana tehnička karakterisitka. Uvidom u istu nigdje nije označena zahtjevana tehnička karakteristika "2D,AIP," tako da ni ovu tačku tehničke specifikacije ne ispunjava.

- Tačkom 7.13 zahtjevano je "CT kolonoskopija ili odgovarajuće"

Ponudač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo je naveo da se na strani 142 svoje ponude(strana 18 datasheet Somatom Go) nalazi zahtjevana tehnička karakterisitka. Uvidom u istu nigdje nije označena zahtjevana tehnička karakteristika tako da ni ovu tačku tehničke specifikacije ne ispunjava.

- Tačkom 7.4 zahtjevano je "Spacijalna(prostorna)rezolucija minimalno 16 lp/mm pri 0%MTF(dozvoljeno odstupanje +/- 10%).

Ponudač "Siemens medicina" d.o.o. Sarajevo je naveo da se na strani 157 svoje ponude(strana 33 datasheet Somatom Go) nalazi zahtjevana tehnička karakterisitka. Uvidom u istu vidljivo je da su označene vrijednosti za 2%MTF, 10%MTF I 50%MTF, dakle nije naveden niti označen podatak za 0%MTF kako je zahtjevano tako da ni ovu tačku tehničke specifikacije ne ispunjava.

- tačkom 8.2 zahtjevano je "DICOM mediicnski monitor za radnu stanicu sa sledećom minimalnom specifikacijom:kolor LED ili TFT ili LCD dijagonale min. 24 inča, rezolucije minimum 1900x1200, kontrast minimum 1000:1, osvjetljenje min 400 cd/m2 – 4 komada"

Uvidom u ponudu ponuđača Simenes medicina ustanovljeno je da je propustio da u ANEKS I-novi obrazac upiše broj stranice gdje se nalazi zahtjevana tehnička karakteristika. Ugovorni organ nije pronašao u ponudi Siemens medicina katalog niti bilo koji drugi dokument kojim se dokazuje ova tečka tehničke specifikacije.

Uzimajući u obzir navedeno komisija je predložila direktoru da se ugovor u predmetu: „CT APARAT“, otvoreni postupak, broj nabavke: 5152/25, objavljen na Portalu javnih nabavki pod brojem: 106-1-1-254-3-198/25 od 30.07.2025. godine, dodijeli ponuđaču ponuđaču „MEDICOM“ D.O.O. BIJELJINA, kao jedinoj prihvatljivoj ponudi čija ukupna vrijednost ponude iznosi 1.397.200,00 KM bez PDV, sa rokom isporuke od 120 dana i garantnim rokom od 12 mjeseci.

U skladu sa navedenim odlučeno je kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda Zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se može izjaviti u roku od 10 dana od dana prijema odluke. Žalba se izjavljuje na način propisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

V.D. DIREKTOR



Prim. dr Mikajlo Lazić

Dostavljeno:

- Ponuđaču
- Službi za javne nabavke
- a/a